



Phosphat in Süß- und Seewasser
Phosphate in freshwater and seawater
Phosphates dans les eaux douces et l'eau de mer
Fosfatos en agua dulce y agua de mar

14661

Aquamerck

Messbereich / Measuring range / Domaine de mesure / Intervalo de medida :

0.25 – 3 mg/l (de) PO₄

(0.25 – 0.5 – 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2 – 3 mg/l (de) PO₄)




Testglas bis zur 5-ml-Marke füllen.

Fill the test vessel to the 5-ml mark.

Remplir le tube à essai jusqu'au trait de 5 ml.

Llenar el recipiente de ensayo hasta la señal de enrase de 5 ml.




5 Tropfen **PO₄-1** zugeben und mischen.

Add 5 drops of **PO₄-1** and mix.

Ajouter 5 gouttes de **PO₄-1** et mélanger.

Añadir 5 gotas de **PO₄-1** y mezclar.



1 Mikrolöffel blau **PO₄-2** zugeben und lösen.

Add 1 microspoon blue of **PO₄-2** and dissolve.

Ajouter 1 microcuillère bleue de **PO₄-2** et dissoudre.

Añadir 1 microchucara azul de **PO₄-2** y disolver.




Reaktionszeit: 2 Minuten.

Reaction time: 2 minutes.

Temps de réaction: 2 minutes.

Tiempo de reacción: 2 minutos.



Farbe zuordnen, Messwert ablesen.

Compare the colour with the scale, read off the result.

Comparer la couleur avec l'échelle colorimétrique, lire le résultat.

Comparar el color con la escala colorimétrica, leer el valor de medición.